

Znak sprawy: PN/02/2020

Kraków, dnia 30.06.2020 r.

Wykonawcy,

którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WS SIWZ

W dniu 29.06.2020 r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **modernizacja i remont maszyny wytrzymałościowej Instron 8500 Rock Testing**

Treść zapytania brzmi następująco:

1. Czy zamawiający dopuści dostarczenie nowego zasilacza hydraulicznego, o parametrach spełniających wszystkie wymagania zamawiającego, zamiast przeprowadzania remontu starego zasilacza?

Odpowiedź zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza dostarczenie nowego zasilacza hydraulicznego, zamiast przeprowadzania remontu starego zasilacza.

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Przemysław Skolniczny

